

68/2010

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v súlade § 99 a ďalších ustanovení zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. a § 409 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Adresa organizácie: Pažitková 4, 821 01 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Zastúpená: Ing. Miroslav Vaďura, MPH., riaditeľ
IČO: 31 813 861
DIČ: 202 17 00 549
IČ DPH: SK 202 17 00 549
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 0000007000279808/8180
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0027 9808
SWIFT: SUBASKBX
Internetová adresa: www.fnspsba.sk

(ďalej len „kupujúci“)

a

NIMAG spol. s r.o.

Zapísaný v Obchodnom registri OS BA I, vo vložke 3951/B Oddiel: sro
Sídlo : Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika
Zastúpená : Ing. Ľubomír MAGULA, konateľ
IČO: 31337775
DIČ: 2020343391
IČ DPH: SK2020343391
Bankové spojenie : VOLKSBANK a.s.
Číslo účtu : 4000213901/3100

(ďalej len „predávajúci“)

uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky - verejnej súťaže s názvom predmetu: „**Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava**“, zadávanej na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.210/2009, pod zn.: 06104-MST, dňa 31.10.2009.

II. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka **EKG prístrojov a defibrilátorov**. Predmet plnenia, ktorý zodpovedá stanovenému predmetu zákazky, je definovaný v Prilohe č. 1 tejto zmluvy - Ponuke č.A209207 zo dňa 24.11.2009.

2.2 Súčasťou dodania predmetu plnenia je aj jeho doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, zaškolenia zamestnancov

kupujúceho s obsluhou dodaného predmetu plnenia, podmienok sterilizácie predmetu plnenia, odovzdanie návodu na obsluhu v slovenskom jazyku, kód pridelený ŠÚKL-om, záručného listu, potvrdenie prevzatia predmetu plnenia kupujúcim v preberacom protokole v mieste dodania. O zaškolení obsluhy bude vykonaný zápis.

- 2.3 Kupujúci môže odmietnuť dodávku ak technické a úžitkové parametre nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, ak sa počas záručnej doby vyskytnú opakovane závažné nedostatky v kvalite dodávok, prípadne sa zistí, že kvalita nezodpovedá predloženej ponuke.

III. LEHOTA A MIESTO DODANIA

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia zmluvy uvedený v čl. II. do 10 týždňov od podpisu Čiastkovej kúpnej zmluvy.

3.2 Miesta dodania predmetu plnenia:

3.2.1

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, pracoviská Nemocnice Ružinov, Ružinovská 6, 821 06 Bratislava, Slovenská republika.

3.2.2

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, pracoviská Nemocnice ak. L. Déreera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Slovenská republika.

3.2.3

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, pracoviská Nemocnice sv. Cyrila a Metóda Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava, Slovenská republika.

3.2.4

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, pracoviská Nemocnice Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Slovenská republika.

6.1.5

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, pracoviská Nemocnice Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava, Slovenská republika.

IV. SPÔSOB PREVZATIA A ODOVZDANIA PREDMETU PLNENIA

4.1 Prevzatie za kupujúceho zabezpečuje: S. EAF, tel.č.: ING. GREGOROVÁ
Poverený zamestnanec potvrdí prevzatie svojím podpisom v preberacom protokole.

4.2 Konkrétny termín dodania predávajúci dohodne min. tri pracovné dni vopred na tel. číslo: 02 / 555 68 102 alebo 555 68 103.

4.3 Kupujúci je povinný pri dodávke predmetu plnenia vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu tovaru, najneskôr však do 15 dní od dátumu dodania predmetu zmluvy.

4.4 Zistenie závad pri preberaní je kupujúci povinný oznámiť písomnou formou reklamačného protokolu.



V. CENA

5.1 Cena za predmet plnenia zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v EURO. Sumár všetkých položiek predmetu plnenia je uvedený v Prílohe č. 1.

5.2 Cena dodávaného predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je:

Cena za kompletnú dodávku v € bez DPH:	330.050,00 EUR
DPH v €:	62.709,50 EUR
Cena za kompletnú dodávku v € bez DPH:	392.759,50 EUR

Informatívna cena v SK (použitý konverzný kurz:30,126 Sk/EUR): 11.832.273,00 Sk

5.3 Ceny uvedené v bode 5.2 sú ceny za nový, funkčne bezchybný tovar. V cene sú započítané: clo, dopravné náklady, inštalácia a uvedenie do prevádzky, zaškolenia obsluhy, technická dokumentácia, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, opravy a údržba počas záručnej doby a ostatné finančné náklady s tým spojené.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB FAKTURÁCIE

6.1 Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne po dodaní predmetu plnenia v súlade s ods. 2.2 a 4.1 tejto zmluvy, zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu podľa Prílohy č. 1 predávajúcemu v lehote splatnosti faktúr do 120 dní.

6.2 V prípade že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona o DPH alebo náležitosti uvedené v tejto zmluve, požiada kupujúci predávajúceho na jej doplnenie.

6.2 K faktúre bude priložený preberací protokol a zápis zo zaškolenia obsluhy v zmysle bodu 2.2 a 4.1 tejto zmluvy.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A PODMIENKY ZÁRUČNÉHO A POZÁRUČNÉHO SERVISU

7.1 Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia zmluvy počas záručnej doby, ktorá bola stanovená na 12 mesiacov; táto doba je platná odo dňa podpísania preberacieho protokolu, kedy je predmet plnenia uvedený do trvalej prevádzky.

7.2 V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne štyri záručné preventívne prehliadky prístrojov (vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu) v šesťmesačných intervaloch na základe písomnej výzvy dodávateľovi. Štvrtú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky nezavinené kupujúcim.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť záručné vady

vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu plnenia, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu plnenia, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet plnenia, vrátane dodávky funkčného príslušenstva predmetu plnenia, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená kupujúcim.

- 7.4 Uvedené záruky platia za predpokladu, že kupujúci zariadenie používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou pracovníkmi kupujúceho. Posúdenie, či zmluvné zariadenie bolo, alebo nebolo v okamihu poruchy správne používané náleží odborníkom oboch zmluvných partnerov. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete plnenia.
- 7.5 Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej zistení. Zodpovednou osobou za kupujúceho je počas záručnej doby poverený pracovník Odborom správy pracoviska a v pozáručnej dobe poverený pracovník vedúcim Odboru zdravotníckej techniky. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba kupujúceho na tel. číslo: 0905 257 958 alebo 0905 257 959, faxom na číslo: 02 / 555 68 104 alebo na e-mail: servis@nimag.sk.
- 7.6 Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov počas 10 rokov od ukončenia výroby posledného typu prístroja pre každý typ prístroja tvoriaceho predmet plnenia osobitne.
- 7.7 V rámci záruky na predmet plnenia sa servisný technik dostaví na opravu predmetu plnenia do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu plnenia v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy. Pri nedodržaní tohto časového intervalu je predávajúci povinný zabezpečiť iné náhradné zariadenie za nefunkčný predmet plnenia.
- 7.8 Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy pozáručných služieb servisu. Táto dohoda môže byť v dvoch formách:
- 7.8.1 Objednávkový servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky.
- 7.8.2 Zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby podľa vzájomne dohodnutého cenníka.
- 7.9 Cena servisnej hodiny bez DPH je 60,00 € a týka sa pozáručného servisu. 19% DPH je 11,40 €, cena servisnej hodiny s DPH je 71,40 €.

VIII. ÚROK Z OMEŠKANIA, SANKCIE

- 8.1 Ak predávajúci dodá predmet plnenia uvedený v článku II. po termíne uvedenom v článku III., môže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z ceny omeškanej časti dodávky bez DPH za každý deň omeškania.
- 8.2 Nárok na úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak predávajúci preukáže, že oneskorenie je spôsobené výlučne účinkom vyššej moci, alebo zavinením kupujúceho.

8.3 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v zmysle článku VI. tejto zmluvy, môže predávajúci voči kupujúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z ceny omeškanej časti platby bez DPH za každý deň omeškania.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti. V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy neuzatvorí kupujúci s predávajúcim Čiastkovú kúpnu zmluvu na jednotlivé predmety plnenia tejto zmluvy, predávajúcemu nevzniká nárok na uplatnenie dodávky ale Rámcová kúpna zmluva automaticky stráca účinnosť po uplynutí jej platnosti.
- 9.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Ponuka č.A209207 a príloha č. 2 – Doklad o oprávnení podnikat' Overená kópia výpisu z Obchodného registra.
- 9.4 Pokiaľ z tejto zmluvy alebo z dohôd o jej vykonaní vzniknú spory alebo názorové rozdiely, budú sa zmluvní partneri snažiť vyriešiť ich cestou zmieru. Pokus o zmier je považovaný za neúspešný, v prípade ak jeden zo zmluvných partnerov toto oznámi druhému zmluvnému partnerovi.
- 9.5 Predávajúci sa zaväzuje, že sa zrieka všetkých poplatkov a úrokov z omeškania, vyplývajúcich z predchádzajúcich dodávok voči kupujúcemu.
- 9.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú charakter originálu. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
- 9.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená podľa ich vážnej a slobodnej vôle, a nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 08.03.2010
Kupujúci :

V Bratislave, dňa 24.11.2009
Predávajúci :

Ing. Miroslav Vaďura
riaditeľ FN sP Bratislava



-01-
FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU BRATISLAVA
Ražňová 4, 821 01 Bratislava

Ing. Ľubomír Matula
konateľ Nimag spol. s r.o.

nimag s.r.o.
MEDICAL SYSTEMS
Miletikova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 31 337 775 DIČ: 2020343391
IČ DPH: SK2020343391

PONUKA

Číslo : A209207 zo dňa 24.11.09
Predajca : 000001
Zákazník : D90186

PAKULTNÁ NsP BRATISLAVA
IČO:31813861DIČ:SK2021700549
Ružinovská 6

826 06 Bratislava 2

Strana 1

Č. Kat.č.	Výrobok - označenie	Kusov	Cena/ks	Celkom
Ponuka na EKG a Defibrilátory				
1	SE-601C EDAN ECG PRÍSTROJ SE-601C s DISPLEJOM 6 batérie/sieť, 6 kanálový, TFT collar disp	31	2.100,00	65.100,00
2	MS9-32379 EDAN ECG PRÍSTROJ SE-12 EXPRES S DISPLEJ batérie/sieť, 12 kanálový, LCD displej 12"	9	4.150,00	37.350,00
3	XD-110 PRIMEDIC DEFIBRILÁTOR S EKG MONITOROM asyn/syc	17	6.800,00	115.600,00
4	96333 PRIMEDIC DEFIBRILÁTOR S EKG MON. HS 6 HEART SAVE HS 6	35	3.200,00	112.000,00

PLATNOSŤ PONUKY: do 30.06.2010
DODACIA LEHOTA: do 10 týždňov po podpísaní čiastkovej Kúpnej zmluvy
PLATOBNÉ PODMIENKY: v zmysle Rámcovej KZ, splatnosť faktúry 120 dní

CIP zákazník, prečlené
V cene je zahrnutá doprava, inštalácia a zaškolenie obsluhy.

SERVIS: Záručný a pozáručný servis vykonáva firma NIMAG s.r.o.
ZÁRUČNÁ DOBA: 12 mesiacov od dátumu inštalácie.
UPOZORNENIE: V prípade technických finančných a iných nejasností nás obratom kontaktujte na našej adrese alebo našich telefónnych číslach.

NIMAG medical systems

INFORMATÍVNA CENA / SKK/ konverzný kurz:30,126/CELKOM: 11 832 273,00 SKK

nimag s.r.o.
MEDICAL SYSTEMS
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 31 337 775 DIČ: 2020343391
IČ DPH: SK2020343391

Cena bez DPH	DPH 19,00%	Cena bez DPH	DPH 19,00%	EUR	CENA CELKOM
330.050,00	62.709,50	0,00	0,00		392.759,50

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

Nadlimitná zákazka – tovary
Verejná súťaž

Príloha č. 1 súťažných podkladov: Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky.

Predmet zákazky: Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

3.01 EKG prístroj 6 - kanálový:

P. č.	Názov položiek: EKG prístroj 6 - kanálový	Počet kusov položky	Cena v € bez DPH/ 1ks	Celková cena v € za položky		
				bez DPH	DPH 19% celkom s DPH	
1.	EDAN ECG prístroj SE-601C s displejom	31	2.100,00	65.100,00	12.369,00	77.469,00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Spolu (súčet stĺpcov)	31	x	65.100,00	12.369,00	77.469,00

Uchádzač (predávajúci) upravi počet položiek.

Súťažné podklady – príloha č. 1

Predmet zákazky: Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

3.02 EKG prístroj 12 - kanálový:

P. č.	Názov položiek: EKG prístroj 12 - kanálový	Počet kusov položky	Cena v € bez DPH/ 1ks	Cena v € za položky		
				bez DPH	DPH 19%	celkom s DPH
1.	EDAN ECG prístroj SE-12 Express s displejom	9	4.150,00	37.350,00	7.096,50	44.446,50
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Spolu (súčet stĺpcov)	9	x	37.350,00	7.096,50	44.446,50

Uchádzač (predávajúci) upravi počet položiek.

3.03 Pohotovostný defibrilátor:

P. č.	Názov položiek: Pohotovostný defibrilátor	Počet kusov položky	Cena v € bez DPH/ 1ks	Cena v € za položky		
				bez DPH	DPH 19%	celkom s DPH
1.	Primec Defibrilátor s EKG monitorom HS 6	35	3.200,00	112.000,00	21.280,00	133.280,00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Spolu (súčet stĺpcov)	35	x	112.000,00	21.280,00	133.280,00

Uchádzač (predávajúci) upravi počet položiek.

Súťažné podklady – príloha č. 1

Predmet zákazky: Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

3.04 Defibrilátor s EKG monitorom:

P. č.	Názov položiek: Defibrilátor s EKG monitorom	Počet kusov položky	Cena v € bez DPH/ 1ks	Cena v € za položky	
				bez DPH	DPH 19% celkom s DPH
1.	XD-110 Primedic Defibrilátor s EKG monitorom	17	6.800,00	115.600,00	21.964,00 137.564,00
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Spolu (súčet stĺpcov)	17	x	115.600,00	21.964,00 137.564,00

Uchádzač (predávajúci) upravi počet položiek.

Cena za predmet plnenia:

Zdravotnícka technika	ks	Príloha		Jednotková		Cena spolu za	
		č. SP: opis	cena v € bez DPH	cena v € s DPH	počet ks v € bez DPH	počet ks v € s DPH	
EKG prístroj 6 - kanálový	31	3.01	2.100,00	2.499,00	65.100,00	77.469,00	
EKG prístroj 12 - kanálový	9	3.02	4.150,00	4.938,50	37.350,00	44.446,50	
Pohotovostný defibrilátor	35	3.03	3.200,00	3.808,00	112.000,00	133.280,00	
Defibrilátor s EKG monitorom	17	3.04	6.800,00	8.092,00	115.600,00	137.564,00	

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 19.11.2009

Súčasně podklady – príloha č. 1

Predmět záázky: Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

Ing. Ľubomír MAGULA

rimas s.r.o.
MEDICAL SYSTEMS
Miletikova 1, 821 06 Bratislava
IČO: 31 337 776 DIČ: 2020343391
IČ DPH: SK2020343391



Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.1 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: EKG prístroj 6 – kanálový.

Množstvo: 31 ks.

Názov predmetu zákazky: Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

Typové označenie zariadenia: SE-601C

Výrobca zariadenia: Edan, 3F-B Nanshan Medical Equipment Tower, Shenzhen, CN

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	EKG PRÍSTROJ 6-KANÁLOVÝ	-	-
1.	Kompaktný	áno	Áno
2.	Prenosný 6 kanálový elektrocardiograf	áno/6 kanálový	Áno/6kanálový
3.	Min.:5,7" farebný LCD displej	áno/ min.:5,7"/farebný	Áno/5,7"/farebný
4.	Simultánne snímanie 12 zvodov	áno/12 zvodov	Áno/12 zvodov
5.	Filtrácia základnej línie Baseline, Lowpass filter, AC filter a EMG filter	áno	Áno
6.	Pracovné režimy – automatický, manuálny a rytmový	áno	Áno
7.	Rytmový zvod – voľba jedného alebo troch kanálov	áno	Áno
8.	Spustenie záznamu jedným tlačítkom	áno	Áno
9.	Interná pamäť pre min.: 100 záznamov	áno/ min.: 100 záznamov	Áno/100 záznamov
10.	Zabudovaná alfanumerická klávesnica a termostlačiarč	áno	Áno
11.	Zmrazenie záznamu, možnosť spätného prebrávanie a vytlačenia záznamu	áno	Áno
12.	Automatické merania a interpretácia	áno	Áno
13.	Možnosť zobrazovania výsledkov analýzy pred tlačou	áno	Áno
14.	Zabudovaná Li-ion batéria s výdržou na vykonanie min. 260 záznamov	áno / min.260 záznamov	Áno/260 záznamov
15.	Režim Standby šetriaci energiu a predlžujúci životnosť LCD displeja a batérie	áno	Áno
16.	USB rozhranie pre prenos dát s možnosťou exportu na flash disk	áno	Áno/USB,Ethernet,RS232

17.	Archivačný softvér pre PC ako OPTION	áno	Áno
18.	Zabudovaná ochrana voči defibrilácii	áno	Áno
19.	Detekcia kardiostimulátora	áno	Áno
20.	Hmotnosť max. 3,5kg	max 3,5kg	Áno/3kg
21.	Rukoväť na prenos	Áno	Áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. Ľubomír Magula

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:



V Bratislave, dňa: 24.11.2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.J: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: **EKG prístroj 6 – kanálový**, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Branislav Čapoš

- pracovné zaradenie u výrobcu: servisný technik

- telefónne číslo / e-mail: +4212 555 681 02, nimag@nimag.sk

V Bratislave, dňa: 24.11.2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia.....

Poznámka: - ak ponuka predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny

Súťažné podklady – príloha č. 3.J

nimag s.r.o.
 MEDICAL SYSTEMS
 Miličského V. 821 08 Bratislava
 IČO: 31 337 775 DIČ: 2020343391
 IČ DPH: SK2020343391

nimag s.r.o.
 MEDICAL SYSTEMS
 Miličského V. 821 08 Bratislava
 IČO: 31 337 775 DIČ: 2020343391
 IČ DPH: SK2020343391

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.2 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: EKG prístroj 12 – kanálový.
S veľkým vyklápacím monitorom a Touch Screen ovládaním.

Množstvo: 9 ks.

Názov predmetu zákazky: Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

Typové označenie zariadenia: SE-12 EXPRES

Výrobca zariadenia: Edan, 3F-B Nanshan Medical Equipment Tower, Shenzhen, CN

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
1.	Kompaktný	áno	Áno
2.	Prenosný 12 kanálový elektrokardiograf	áno/12 kanálový	Áno/ 12 kanálov
3.	Min.:12" LCD vyklápací displej	áno/ min.:12"/vyklápný	Áno/12"/vyklápný
4.	Touch Screen ovládanie	áno	Áno
5.	Simultánne snímanie 12 zvodov	áno/12 zvodov	Áno/12 zvodov
6.	Filtrácia základnej línie Baseline, Lowpass filter, AC filter a EMG filter	áno	Áno/Low pas/AC,EMG filter
7.	Pracovné režimy – automatický, manuálny a rytmový	áno/viď. režimy	Áno/Auto/manual/Rytmický/R-R analýza
8.	Spustenie záznamu jedným tlačidlom	áno	Áno
9.	Interná pamäť pre min.: 200 záznamov	áno/ min.: 200 záznamov	Áno/200 záznamov
10.	Zabudovaná alfanumerická klávesnica a termotlačiareň	áno	Áno
12.	Zmrazenie záznamu, možnosť spätného prehrávania a vytlačenia záznamu	áno	Áno
13.	Možnosť zobrazenia výsledkov analýzy pred tlačou	áno	Áno
14.	Zabudovaná Li-ion batéria pre vykonanie min. 380 záznamov	Áno/min. 380 záznamov	Áno/400 záznamov
15.	Režim Standby šetriaci energiu a predlžujúci životnosť LCD displeja a batérie	áno	Áno
16.	USB rozhranie pre prenos dát s možnosťou exportu na flash disk	áno	Áno/USB, Ethernet, RS232
17.	Archivačný softvér pre PC	áno	Áno/súčasťou
18.	Zabudovaná podpora Stress Echo	áno	Áno


19.	Zabudovaná ochrana voči defibrilácii	áno	Áno
20.	Detekcia kardiostimulátora	áno	Áno
21.	Analýza HRV (heart rate variability)	áno	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. Eubomír Magula

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

.....


V Bratislave, dňa: 24.11.2009

nimag s.r.o.
 MEDICAL SYSTEMS
 Mliečikova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 31 337 776 DIČ: 2020343391
 IČ DPH: SK2020343391

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.2. Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: **EKG prístroj 12 – kanálový**, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:


- meno a priezvisko: Branislav Čapoš

- pracovné zaradenie u výrobcu: servisný technik

- telefónne číslo / e-mail: +4212 555 681 02, nimag@nimag.sk

V Bratislave, dňa: 24.11.2009

nimag s.r.o.
 MEDICAL SYSTEMS
 Mliečikova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 31 337 776 DIČ: 2020343391
 IČ DPH: SK2020343391

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia.....


Poznámka: - ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpisu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny

Súťažné podklady – príloha č. 3.2

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Pohotovostný defibrilátor.
S monitorom EKG, poloautomatický a konvenčný defibrilátor, defibrilácia pomocou jednorázových elektród.

Množstvo: 35 ks.

Názov predmetu zákazky: Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

Typové označenie zariadenia: Hearth Save 6

Výrobca zariadenia: Metrax GmbH, Rheinwaldstr.22, D-78628 Rottweil, D

P. č.	Požadovaný techniko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	POHOTOVOSTNÝ DEFIBRILÁTOR	-	-
1.	poloautomatický	áno	Áno
2.	Synchronny/asynchronný režim	áno	Áno
3.	Bifázický tvar impulzu	áno	Áno
4.	Automatické nastavenie energie: od 140J-360J	od 140J-360J	Áno
5.	Manuálne nastavenie energie: od 50-360J	od 50-360J	Áno/ v piatich krokoch/50,100,200,300,360J
6.	Nabíjací čas na 200J max: 7s	max. 7 sek.	Áno/7s/200J 12s/360J
7.	EKG – 3 kanály (Eindhoven, Goldberger –uviest')	áno/viď. hodnota	Áno/Eindhoven/Goldberger
8.	Detekcia VF/VT	áno	Áno
9.	Srdecová frekvencia od 30-300/min.	od 30-300/min	Áno
10.	Alarmy od 30-300/min	od 30-300/min	Áno
11.	Možnosť vypnúť / zapnúť hlasový záznam	Áno	Áno
12.	Vymeniteľná pamäťová karta s kapacitou min. 2GB	áno	2GB/CF
13.	Software na analýzu EKG	áno	Áno
14.	Monitor LCD min: 4,7"	min: 4,7"	4,7"
15.	Batéria Litiová s kapacitou na 15h alebo 190 výbojov pri 360J	áno/viď. hodnota	Áno/200 výbojov/360J
16.	Zabudovaná termotlačiareň s rozlíšením min. 200dpi	áno/200dpi	Áno/200dpi

7


17.	3 módy tlačie – uviesť	áno/vid'. hodnota	Ano/AUTO/ON LINE/MEMO
18.	Hmotnosť max: 2,5kg	áno/ max: 2,5kg	Ano/2,3kg
19.	nárazuvzdorný	áno	Ano

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. Eubomír Magula

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:



nimag s.r.o.
MEDICAL SYSTEMS
Militáckova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 31 337 775 DIČ: 2020343391
IČ DPH: SK2020343391

V Bratislave, dňa: 24.11.2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.3: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Pohotovostný defibrilátor, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Branislav Čapoš

- pracovné zaradenie u výrobcu: servisný technik

- telefónne číslo / e-mail: +4212 555 681 02, nimag@nimag.sk

V Bratislave, dňa: 24.11.2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia.....

nimag s.r.o.
MEDICAL SYSTEMS
Militáckova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 31 337 775 DIČ: 2020343391
IČ DPH: SK2020343391



Poznámka: - ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpisu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny

Súťažné podklady – príloha č. 3.3

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.4 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Defibrilátor s EKG monitorom. Automatický a konvenčný defibrilátor, defibrilácia pomocou bezpečnostných lopatiek

Množstvo: 17 ks.

Názov predmetu zákazky: Dodávka EKG prístrojov a defibrilátorov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

Typové označenie zariadenia: DefiMonitor XD-110

Výrobca zariadenia: Metrax GmbH, Rheinwaldstr.22, D-78628 Rottweil, D

P.č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
1.	DEFIBRILÁTOR S EKG MONITOROM Automatický/manuálny	áno	Áno
2.	Synchronný/asynchronný režim	áno	Áno
3.	Bifázický tvar pulzu	áno	Áno
4.	Automatické nastavenie energie: od 140J-360J	od 140J-360J	Áno
5.	Manuálne nastavenie energie: od 5J-360J	od 5J-360J	Áno
6.	Nabíjací čas na 200J max: 7sek.	áno/max. 7 sek.	< 6s
7.	EKG – 3 kanály (Eindhoven, Goldberger - uviesť)	áno/vid'. hodnota	Áno/Einhoven/Goldberger
8.	Srdcová frekvencia od 30-300/min.	od 30-300/min.	Áno/30-300bpm
9.	Alarmy od 30-300/min	od 30-300/min	Áno/30-300bpm
10.	VF/VT analýza	áno	Áno
12.	Doba trvania analýzy max: 12 sek.	max: 12 sek.	Áno/7-12s
13.	Detekcia artefaktov a pacemakera	áno	Áno
14.	Transtorakálny pacemaker	áno	Áno
15.	Režimy pacemakera – 3: Fix/Demand/Overdrive	áno	Áno/Fix/demand/overdrive
16.	Frekvencia pri FIX/DEMAND – rozsah min: 50-160/min	áno/ rozsah min: 50-160/min	Áno/ 30-180/min.
17.	Frekvencia pri OVERDRIVE min: 50-230/min	áno/ min: 50-230/min	Áno/30-250/min
18.	Zabudovaná termotlačiareň s rozlíšením min. 200dpi	áno/200dpi	Áno/200dpi

19.	Módy tlače – min. 3 (uviesť)	áno	Auto/online/memo
20.	Možnosť vypnúť / zapnúť hlasový záznam	áno	Áno
21.	Vymeniteľná pamäťová karta s kapacitou min 2GB	áno	Áno/2GB
22.	Software na analýzu EKG EKG-viewer	áno	Áno
23.	Monitor s uhlopriečkou min: 5,7"	áno/ min: 5,7"	Áno/5,7"
24.	Batéria NiCd nabíjateľná s kapacitou na min. 6h prevádzky	áno	Áno
25.	Hmotnosť max: 6kg	áno/ max: 6kg	Áno/5,9kg
26.	nárazu vzdorný	áno	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: **Ing. Lubomír Magula**

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 24.11.2009



Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.4: **Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Defibrilátor s EKG monitorom, sú pravdivé.**

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- - meno a priezvisko: Branislav Čapoš

- pracovné zaradenie u výrobcu: servisný technik

- telefónne číslo / e-mail: +4212 555 681 02, nimag@nimag.sk

V Bratislave, dňa: 24.11.2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia.....



Poznámka: - ak ponuka predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpisu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny

Súťažné podklady – príloha č. 3.4

d