

DODATOK K ZMLUVE O DIELO

Číslo SMU / 06131201

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava
IČO: 30810701
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava, č.ú. 1486875855/0200
zastúpenie: Prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., generálny riaditeľ

ďalej len objednávateľ

a

2. Zhotoviteľ:

Applied Precision s.r.o.
Technická 5
821 04 Bratislava
IČO: 31327257
DRČ: 31327257/801
Bankové spojenie: Poľnobanka a.s. č.ú. 502449/1200
zastúpenie: Ing. Ladislav Grňo, CSc., riaditeľ

ďalej len zhotoviteľ sa dohodli na tomto dodatku k zmluve o dielo na zhotovenie a dodávka zariadenia:

Plnoautomatizovaný referenčný kalibračný systém na meranie el. výkonu a práce

VIII. Technická špecifikácia

V zmysle odseku VI bod 1. Zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zlepšení pôvodne špecifikovaných technických parametrov diela dodávkou **Synchrónneho 6-kanálového 24-bitového prevodníka 42 kHz s 6 kanálovým FFT „Real Time“ analyzátorom,** ktorý slúži na meranie amplitúdových a fázových pomerov vstupných signálov do termoelektrickej násobičky a na digitálnu reguláciu výkonového zdroja. Jednotka súčasne meria frekvenciu vstupných signálov, spektrálne zloženie a činiteľ skreslenia. Jednotka navyše umožní vylúčiť z nadväzovacej schémy etalón kapacity, ktorý v súčasnosti nie je možné v SMÚ pre stratový uhol kalibrovať.


IX. Termín, čas a miesto a vykonania diela

1. Z dôvodu dohodnutej zmeny špecifikácie sa zmluvné strany dohodli na termíne odovzdania diela najneskôr do 30.6.2002.
2. V prípade ukončenia realizácie diela zhotoviteľom pred termínom v zmysle bodu 1. objednávateľ akceptuje aj skorší termín odovzdania diela.

X. Všeobecné ustanovenie

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy vrátane ceny diela a záruky nie sú zmenou špecifikácie v zmysle tohoto dodatku dotknuté.

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



V Bratislave dňa: 12. APR. 2002

V Bratislave dňa: 12.4.2002

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV
Karloveská 63
842 55 BRATISLAVA
-2-